

Comment connaître la version de votre lecteur et identifier la version de pilote installer ?

PRIUM-4



A partir de l'écran « Insérer carte Vitale »

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Sélectionner « Paramètres du terminal » avec des touches Haut et Bas. Appuyer sur la touche « Verte »
3. A l'aide des touches Haut et Bas, aller jusqu'à « Etat du terminal ». Appuyer sur la touche « Verte »
4. Faire défiler avec les touches Haut et Bas jusqu'à **PCSC** et vérifier que la version est supérieure ou égale à **02.XX**
Si l'application **PCSC** est absente, utilisez l'ancien pilote

HELIO

iWL280 Helio



A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Informations »
3. Faire défiler jusqu'à « **Application Terminal** » et vérifier que le terminal a une version « **HELIO BIFENTE** » supérieure ou égale à **03.00 RC1**

Move5000 Helio



A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Informations »
3. Faire défiler jusqu'à « **Application Terminal** » et vérifier que le terminal a une version « **HELIO BIFENTE** » supérieure ou égale à **03.02**

SIMPHONIE / DIAPASON

ICT250 / iWL280



A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Informations »
3. Faire défiler jusqu'à « **Application Terminal** » et vérifier que le terminal a une version « **SIMPHONIE** » supérieure ou égale à **03.00 RC1**

Desk5000 / Move5000 DIAPASON



A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Informations »
3. Faire défiler jusqu'à « **Application Terminal** » et vérifier que le terminal a une version « **SIMPHONIE MOVE5000** » ou « **SIMPHONIE DESK5000** » supérieure ou égale à **03.02**

TPE Ingenico Santé

Move5000 Ingenico



A partir de l'écran d'accueil

1. Appuyer sur la touche « F »
2. Appuyer sur « Menu Santé »
3. Appuyer sur « A propos »
4. Faire défiler jusqu'à « **PCSCserv** » et vérifier que la version est égale ou supérieure à **1.02.03**